



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Εθνικών και Καποδιστριακών
Πανεπιστημίων Αθηνών

— ΙΔΡΥΘΕΝ ΤΟ 1837 —

**ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**

Τμήμα Προμηθειών

Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 72

Ταχ. Κώδικας: 115 28

Πληροφορίες: Μπουρίτη Ελευθερία

Τηλέφωνο: 210-7289469

Email: tm_promithion@eginitio.uoa.gr

Αθήνα, 25-8-2026

Αριθ. Πρωτ.: 7905

ΠΡΟΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΙΓΚΑΣ Ι.Κ.Ε.

(ΑΦΜ: 997826122, info@digas.gr)

Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε.

(ΑΦΜ: 800896490, info@medicin.gr)

ΙΑΤΡΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Ε.

(ΑΦΜ: 999815729, info@harmanismed.gr)

ΧΑΤΖΗΩΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Ε.

(ΑΦΜ: 099770660, meditime@meditime.gr)

ΒΙΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.

(ΑΦΜ: 099007886, info@bio-pro.gr)

Κ. ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕ

(ΑΦΜ: 081734344, info@germanos-medicals.gr)

ΜΑΜΑΛΙΓΚΑΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε.

(ΑΦΜ: 094429990, info.gr@teleflex.com)

Μ.Ι. ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

(ΑΦΜ: 094177837, info@priniotakis.gr)

ΒΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε.

(ΑΦΜ: 800780179, info@bioelectronica.gr)

KLINIKUM PLUS ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.

(ΑΦΜ: 800888293, info@klinikum.gr)

ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. Α.Ε.

(ΑΦΜ: 095029193, info@papapostolou.gr)

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς/ών για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Νοσηλευτικών Τμημάτων του Νοσοκομείου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.693,37 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – «Αιγινήτειο Νοσοκομείο» λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 2 (παρ.1, περ.31), 118, 120 (παρ.2 και 3α) του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/08-08-2016), όπως ισχύουν
2. Το υπ' αριθμ. 10283/3-12-2025 δελτίο παραγγελίας του Νοσηλευτικού Τμήματος Σκαρπαλέζου της Α' Ψυχιατρικής Κλινικής

3. Το υπ' αριθμ. 10285/3-12-2025 δελτίο παραγγελίας του Νευρολογικού Νοσηλευτικού Τμήματος ΝΑ-ΝΒ
4. Το υπ' αριθ. 693/28-1-2026 δελτίο παραγγελίας της Νοσηλευτικής Διεύθυνσης
5. Το υπ' αριθ. 694/28-1-2026 δελτίο παραγγελίας της Α' Ψυχιατρικής Κλινικής
6. Την υπ' αριθμ. 2753/18-3-2026 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού (ΑΔΑΜ: 26REQ018738945)
7. Την υπ' αριθμ. 756/12-6-2026 Απόφαση της Εφορείας (ΑΔΑ: ΡΔΤΘ46Ψ8Ν2-Δ22)
8. Την υπ' αριθμ. 551/18-8-2026 Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 9ΘΞ646Ψ8Ν2-77Ο, ΑΔΑΜ: 26REQ019647506)
9. Την υπ' αριθμ. 16/25-10-2023 Πράξη του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής στον Πρόεδρο των Εφορειών και στους Προϊσταμένους της Διεύθυνσης Διοικητικού των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων Αιγινήτειο και Αρεταίειο» (ΦΕΚ 6139/Β'/25-10-2023)

προβαίνει σε έρευνα αγοράς ανάδειξης αναδόχου/ών για την προμήθεια

Είδος: ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός [δύο (2) μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών σημείων ασθενών και των αντίστοιχων τροχήλατων βάσεων τους, δεκαέξι (16) πιεσόμετρων, δεκαπέντε (15) οξύμετρων, έντεκα (11) ηλεκτρονικών θερμομέτρων, μίας (1) ζυγαριάς σώματος και ενός (1) θερμομέτρου δωματίου] όπως αναφέρεται στον συνημμένο πίνακα **(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)**

Ποσότητα: όπως αναφέρεται στον συνημμένο πίνακα **(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)**

Κριτήριο ανάθεσης: θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής.

Η **προϋπολογιζόμενη δαπάνη** ανέρχεται στο ποσό των 5.397,88 € χωρίς ΦΠΑ ήτοι **6.693,37 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ.**

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει πίστωση του Τακτικού Προϋπολογισμού του Νοσοκομείου για το οικονομικό έτος 2026 υπό ΑΛΕ 3120104 (μόνιτορ, πιεσόμετρα, οξύμετρα, θερμομέτρα & ζυγαριά: 4.690,86 € χωρίς ΦΠΑ ήτοι 5.816,67 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και ΑΛΕ 3120989 (βάσεις μόνιτορ: 707,02 € χωρίς ΦΠΑ ήτοι 876,70 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και CPV: 33195000-3 Συστήματα παρακολούθησης ασθενών, 33123100-9 Πιεσόμετρο αρτηριακής πίεσης και 33124100-6 Συσκευές διαγνωστικής.

Για το λόγο αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την οικονομοτεχνική τους προσφορά **σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο)** μέχρι την **Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου** και ώρα **14:00** στη Γραμματεία/Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου (Δ/νση: Παπαδιαμαντοπούλου 21, ισόγειο, ΤΚ 115 28), σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού».

Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει τη **Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου** και ώρα **10:00 π.μ.** στο Τμήμα Προμηθειών του Αιγινήτειου Νοσοκομείου (Δ/νση: Παπαδιαμαντοπούλου 21, 3^{ος} όροφος).

Η Πρόσκληση θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση [URL:https://eginitio.uoa.gr](https://eginitio.uoa.gr) στη διαδρομή: Ανακοινώσεις και εκδηλώσεις → Προκηρύξεις.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

1. Στις προσφορές θα πρέπει να αναγράφεται ο αύξων αριθμός (α/α) του είδους για το οποίο υποβάλλεται προσφορά, η προσφερόμενη ποσότητα, η πλήρης τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου είδους καθώς και η προσφερόμενη τιμή του.
2. Οι τιμές πρέπει να δίδονται αποκλειστικά σε ευρώ, ανά είδος και ανά ζητούμενη μονάδα μέτρησης, χωρίς το Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για την προμήθεια των ειδών, στρογγυλοποιημένες υποχρεωτικά στα δύο πρώτα δεκαδικά ψηφία.
3. Στις προσφορές να αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής.
4. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα από την αιτούμενη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του Ν.4412/2016, ως ισχύει.
5. **Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα, περισσότερα ή και για όλα τα είδη, στο σύνολο της αιτούμενης ποσότητας αυτών. Προσφορά για μέρος της αιτούμενης ποσότητας απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**
6. Η ανάθεση τελικά γίνεται στον οικονομικό φορέα του οποίου η προσφορά είναι σύμφωνη με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι** και στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ** της παρούσας και παράλληλα η προσφερόμενη τιμή του είναι η χαμηλότερη ανά είδος.
7. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 90 του Ν.4412/2016 ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή το Νοσοκομείο επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
8. Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
9. **Κωδικός Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης: 1020.E00350.0001**
10. Η προμήθεια βαρύνεται με τις προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις.
11. Τα έξοδα για την παραλαβή και την παράδοση των ειδών βαρύνουν τον προμηθευτή.
12. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.
13. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται στις ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. **Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον προαναφερθέντα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**
14. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς

διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του ν.4412/2016.

15. Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.4819/2021, ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσής της να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 1, 4 και 5 του άρθρου 11 του ν.4819/2021. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.Α.Ν. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν.4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 7 του άρθρου 105 του ν.4412/2016.
16. Στις προσφορές οι οικονομικοί φορείς **υποχρεούνται να δηλώνουν τη χώρα παραγωγής-προέλευσης του τελικού προϊόντος** που προσφέρουν. Εφόσον κατασκευάζουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνουν στην προσφορά τους, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής τους. **Προσφορά στην οποία ελλείπει η ανωτέρω δήλωση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.** Εφόσον δεν κατασκευάζουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους θα πρέπει να δηλώσουν την επιχειρηματική μονάδα στην οποία κατασκευάζεται το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και **υπεύθυνη δήλωσή τους προς την Αναθέτουσα Αρχή** ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής ή ο επίσημος αντιπρόσωπός της έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. **Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη**
17. Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την προσφορά και τα κάτωθι έγγραφα και δικαιολογητικά:
 - Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται η πλήρης αποδοχή και συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας.
 - Πιστοποιητικό CE ή δήλωση συμμόρφωσης, προς απόδειξη συμμόρφωσης των προσφερομένων υλικών με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ (ΔΥ8δ.Γ.Π.οικ.130648-Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων» - ΦΕΚ 2198/τεύχ.Β/02-10-09) ή/και του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5^{ης} Απριλίου 2017 για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και του Συμβουλίου 90/385/ΕΟΚ και 9342/ΕΟΚ.
 - Αποδεικτικά έγγραφα του οικονομικού φορέα από τα οποία προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού.
 - Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου (η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους

διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 73) το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

Στην περίπτωση νομικού προσώπου η ανωτέρω Δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 79Α του Ν.4412/2016 (Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 79Α του Ν.4412/2016 «Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης»)

- **Πιστοποιητικό** που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

18. Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν.4412/2016 όπως ισχύουν.

Ο Πρόεδρος της Εφορείας
του Αιγινήτειου Νοσοκομείου

Καθηγητής Κωνσταντίνος Τσιούφης
Αντιπρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι**ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

A/A ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟ	ΦΠΑ (24%)	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
1	MONITOR ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	2	1.367,93	2.735,86	656,61	3.392,47
	ΒΑΣΗ MONITOR	2	353,51	707,02	169,68	876,70
2	ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ	15	70,00	1.050,00	252,00	1.302,00
3	ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ	1	70,00	70,00	16,80	86,80
4	ΟΞΥΜΕΤΡΟ	15	40,00	600,00	144,00	744,00
5	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ	11	13,636	150,00	36,00	186,00
6	ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΔΩΜΑΤΙΟΥ	1	15,00	15,00	3,60	18,60
7	ΖΥΓΑΡΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ	1	70,00	70,00	16,80	86,80
ΣΥΝΟΛΟ:				5.397,88	1.295,49	6.693,37

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ MONITOR ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ – ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ (2 τεμ. – 1.367,93 €/τεμχ. χωρίς ΦΠΑ για μόνιτορ & 353,51 €/τεμχ. χωρίς ΦΠΑ για βάση)

- Να παρέχει πληροφορία για τις παραμέτρους συστολική, διαστολική, μέση αναίμακτη πίεση, καρδιακό ρυθμό.
- Να μετρά απευθείας τον κορεσμό οξυγόνου και τον καρδιακό παλμό
- Να διαθέτει συναγερμούς σε όλες τις μετρούμενες παραμέτρους με ρυθμιζόμενα όρια
- Να λειτουργεί με ρεύμα αλλά και με ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία με διάρκεια λειτουργίας 8 ώρες
- Το προσφερόμενο μόνιτορ να διαθέτει σύστημα λήψης αναίμακτης πίεσης.
- Να διαθέτει τρία συστήματα μέτρησης πιέσεως:
 - Κατ' επιθυμία του χειριστή με ένα απλό πάτημα
 - Σε προεπιλεγμένα χρονικά διαστήματα (ανά 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 140 λεπτά) καθώς και
 - Σύστημα STAT για μέτρηση της πίεσης συνεχώς για 5 λεπτά
- Να διαθέτει μνήμη τουλάχιστον 200 μετρήσεων
- Να είναι κατάλληλο για μετρήσεις σε ενήλικες
- Να διαθέτει σύστημα οξυμετρίας
- Να διαθέτει θύρα USB αποθήκευσης και μεταφοράς των δεδομένων σε Η/Υ με χρήση USB stick
- Να παραδίδεται με καλώδιο τροφοδοσίας, εγχειρίδιο λειτουργίας, σωλήνα απλού αυλού για σύνδεση με όλους τους τύπους των περιχειρίδων και περιχειρίδες πολλαπλών χρήσεων για ενήλικες (να περιλαμβάνει περιχειρίδα ενηλίκων διαστάσεων 22-32 εκατοστά)

- Να παραδίδεται με αισθητήρα πολλαπλών χρήσεων
- **Να παραδίδεται με τροχήλατη βάση του ίδιου κατασκευαστικού οίκου**
- Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη
- Να είναι ετοιμοπαράδοτο
- Να διαθέτει πλήρη απόθεμα ανταλλακτικών/ αναλωσίμων καθώς και τμήμα τεχνικής υποστήριξης με εκπαιδευμένους τεχνικούς από τον κατασκευαστικό οίκο σε περίπτωση βλάβης
- Κατά την παραλαβή να παραδοθεί πλήρη σειρά τευχών με οδηγίες χρήσης και λειτουργίας στην Ελληνική γλώσσα και οδηγίες συντήρησης και επισκευής (SERVICE MANUALS) στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ ΒΡΑΧΙΟΝΑ (15 τεμ. - 70,00 €/τμχ. χωρίς ΦΠΑ)

- Να μετρά τη συστολική, τη διαστολική και μέση πίεση και τον καρδιακό ρυθμό.
- Να είναι φορητό μικρού όγκου και βάρους και να είναι εύκολο στην χρήση.
- Να έχει και να λειτουργεί με απλές μπαταρίες.
- Να συνοδεύεται από θήκη μεταφοράς και προστασίας.
- Να έχει ψηφιακή απεικόνιση όλων των μετρήσεων.
- Να έχει αυτόματη έναρξη φουσκώματος και ξεφουσκώματος της περιχειρίδας με το πάτημα ενός κουμπιού και δυνατότητα εξατομικευμένης ρύθμισης της πίεσης της περιχειρίδας.
- Να έχει οπτικοακουστικό συναγερμό για κάθε παράμετρο ξεχωριστά.
- Να διαθέτει περιχειρίδα αυτοκόλλητη κατάλληλη για πλύσιμο ή στεγνό καθάρισμα, με δείκτη καταλληλότητας μεγέθους. Να φέρει περιχειρίδα για μεσαίου-μεγάλου μεγέθους.
- Στην οθόνη του θα εμφανίζει ενδείξεις για ακανόνιστους παλμούς καρδιάς (αρρυθμία) και για μετρήσεις πάνω από τα ενδεδειγμένα όρια.
- Να απενεργοποιείται αυτόματα όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Η προσφορά να περιέχει αναλυτική τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου μοντέλου, καθώς επίσης και να συνοδεύεται από εγχειρίδιο λειτουργίας μεταφρασμένο στα ελληνικά και τεχνικό εγχειρίδιο.
- Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (1 τεμ. - 70,00 €/τμχ. χωρίς ΦΠΑ)

- Ευανάγνωστη οθόνη LED
- Ανίχνευση Αρρυθμίας
- Πιστοποιημένο για χρήση από: άτομα με διαβήτη, παιδιά άνω των 12 ετών, νεφροπαθείς, παχύσαρκους, εγκύους και εγκύους σε προεκλαμψία
- Ταχύτητα μέτρησης
- Ελάχιστη απαιτούμενη πίεση

- Ανάλυση συχνότητας παλμών και ανίχνευση ακανόνιστου καρδιακού ρυθμού κατά τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης.
- Μνήμη δεδομένων με μέση εμφάνιση όλων των αποθηκευμένων μετρήσεων
- Έλεγχος σωστής τοποθέτησης περιχειρίδας
- Δείκτης εμφάνισης αποτελέσματος μέτρησης σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες υπέρτασης
- Εύρος πίεσης του αίματος: 20 - 280 mmHg
- Εύρος μέτρησης παλμού: 40 - 200 παλμούς ανά λεπτό
- 3 χρόνια Εγγύηση.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΛΜΙΚΩΝ ΟΞΥΜΕΤΡΩΝ ΔΑΚΤΥΛΟΥ (15 τεμ. - 40,00 €/τμχ. χωρίς ΦΠΑ)

- Να είναι σταθερό και ανθεκτικό σε σκληρή χρήση.
- Να πληροί βάσει πιστοποιητικών, τις κάτωθι απαιτήσεις:
 - Αντοχή σε κραδασμούς και κρούσεις
 - Λειτουργία σε υγρασία έως 30-80% και θερμοκρασία 5 – 40°C
 - Το βάρος του να μην υπερβαίνει τα εκατό (100) γραμμάρια.
- Να παρέχει ευδιάκριτες αριθμητικές ενδείξεις του SpO₂, του αριθμού των σφίξεων/λεπτό (BPM) και ενδείξεις της έντασης του παλμού.
- Να έχει ικανότητα ανάλυσης (resolution) 1% SpO₂ και 1 bpm.
- Να έχει εύρος μετρήσεως SpO₂: 35% – 100% και BPM: 30 – 240bpm.
- Να έχει ακρίβεια μετρήσεων SpO₂: ≤2% στην περιοχή 70-100% και BPM: ±2% ή 2 bpm.
- Να λειτουργεί με αλκαλικές μπαταρίες οι οποίες να περιλαμβάνονται κατά την παράδοση, με αυτονομία συνεχούς λειτουργίας τουλάχιστον δέκα (10) ωρών και να διαθέτει ένδειξη χαμηλής ενεργειακής στάθμης των μπαταριών.
- Η προσφορά να περιέχει αναλυτική τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου μοντέλου, καθώς επίσης και να συνοδεύεται από εγχειρίδιο λειτουργίας μεταφρασμένο στα ελληνικά και τεχνικό εγχειρίδιο.
- Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ/ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (11 τεμ. – 13,636 €/τμχ. χωρίς ΦΠΑ)

- Ψηφιακό ηλεκτρονικό θερμόμετρο (ψηφιακή οθόνη LCD) για γρήγορη μέτρηση.
- Υψηλής ακρίβειας μέτρηση της θερμοκρασίας (0.1 °C για όλο το εύρος).
- Κατάλληλο για ορθική, μασχαλιαία ή στοματική μέτρηση.
- Εύρος μέτρησης από 32 έως 42.9 °C.
- Γρήγορη μέτρηση (εντός 10 – 60 δευτερολέπτων).
- Μνήμη τελευταίας μέτρησης.
- Ηχητικό σήμα ολοκλήρωσης μέτρησης.
- Αυτόματη απενεργοποίηση για εξοικονόμηση μπαταρίας.

- Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας.
- Σχεδιασμένο να αντέχει σε συχνό καθαρισμό και απολύμανση με νοσοκομειακού τύπου καθαριστικά (waterproof).
- Μπαταρίες (συμπεριλαμβάνονται) με μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΖΥΓΑΡΙΑΣ (1 τεμ. – 70,00 € χωρίς ΦΠΑ)

- Φωτιζόμενη οθόνη
- Υψηλό όριο ζύγισης
- Περιοχή ζύγισης κατασκευασμένη από ισχυρό γυαλί ασφαλείας, τουλάχιστον 6 χιλ.
- Μεγάλη πλατφόρμα ζύγισης: 31 x 31 εκ.
- Ανώτατο όριο ζύγισης: 200 κιλά
- Διαβάθμιση ανά 100 γραμ.
- 3 χρόνια εγγύηση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II**ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Δύο (2) Νοσοκομειακού τύπου μόνιτορ αναίμακτης πίεσης- οξυμετρίας		
Να παρέχει πληροφορία για τις παραμέτρους συστολική, διαστολική, μέση αναίμακτη πίεση, καρδιακό ρυθμό.	NAI	
Να μετρά απευθείας τον κορεσμό οξυγόνου και τον καρδιακό παλμό		
Να διαθέτει συναγερμούς σε όλες τις μετρούμενες παραμέτρους με ρυθμιζόμενα όρια	NAI	
Να λειτουργεί με ρεύμα αλλά και με ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία με διάρκεια λειτουργίας 8 ώρες	NAI	
Το προσφερόμενο μόνιτορ να διαθέτει σύστημα λήψης αναίμακτης πίεσης.	NAI	
Να διαθέτει τρία συστήματα μέτρησης πίεσεως: ➤ Κατ' επιθυμία του χειριστή με ένα απλό πάτημα ➤ Σε προεπιλεγμένα χρονικά διαστήματα (ανά 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 140 λεπτά) καθώς και ➤ Σύστημα STAT για μέτρηση της πίεσης συνεχώς για 5 λεπτά	NAI	
Να διαθέτει μνήμη τουλάχιστον 200 μετρήσεων	NAI	
Να είναι κατάλληλο για μετρήσεις σε ενήλικες	NAI	
Να διαθέτει σύστημα οξυμετρίας	NAI	
Να διαθέτει θύρα USB αποθήκευσης και μεταφοράς των δεδομένων σε Η/Υ με χρήση USB stick	NAI	
Να παραδίδεται με καλώδιο τροφοδοσίας, εγχειρίδιο λειτουργίας, σωλήνα απλού αυλού για σύνδεση με όλους τους τύπους των περιχειρίδων και περιχειρίδες πολλαπλών χρήσεων για ενήλικες (να περιλαμβάνει περιχειρίδα ενηλίκων διαστάσεων 22-32 εκατοστά)	NAI	
Να παραδίδεται με αισθητήρα πολλαπλών χρήσεων	NAI	
Να παραδίδεται με τροχήλατη βάση του ίδιου κατασκευαστικού οίκου	NAI	
Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη	NAI	
Να είναι ετοιμοπαράδοτο	NAI	
Να διαθέτει πλήρη απόθεμα ανταλλακτικών/ αναλωσίμων καθώς και τμήμα τεχνικής υποστήριξης με εκπαιδευμένους τεχνικούς από τον κατασκευαστικό οίκο σε περίπτωση βλάβης	NAI	
Κατά την παραλαβή να παραδοθεί πλήρη σειρά τευχών με οδηγίες χρήσης και λειτουργίας στην Ελληνική γλώσσα και οδηγίες συντήρησης και επισκευής (SERVICE MANUALS) στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.	NAI	

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ηλεκτρονικό πιεσόμετρο βραχίονα		
Να μετρά τη συστολική, τη διαστολική και μέση πίεση και τον καρδιακό ρυθμό.	NAI	
Να είναι φορητό μικρού όγκου και βάρους και να είναι εύκολο στην χρήση.	NAI	
Να έχει και να λειτουργεί με απλές μπαταρίες.	NAI	
Να συνοδεύεται από θήκη μεταφοράς και προστασίας.		
Να έχει ψηφιακή απεικόνιση όλων των μετρήσεων.	NAI	
Να έχει αυτόματη έναρξη φουσκώματος και ξεφουσκώματος της περιχειρίδας με το πάτημα ενός κουμπιού και δυνατότητα εξατομικευμένης ρύθμισης της πίεσης της περιχειρίδας.	NAI	
Να έχει οπτικοακουστικό συναγερμό για κάθε παράμετρο ξεχωριστά.	NAI	
Να διαθέτει περιχειρίδα αυτοκόλλητη κατάλληλη για πλύσιμο ή στεγνό καθάρισμα, με δείκτη καταλληλότητας μεγέθους. Να φέρει περιχειρίδα για μεσαίου-μεγάλου μεγέθους.	NAI	
Στην οθόνη του θα εμφανίζει ενδείξεις για ακανόνιστους παλμούς καρδιάς (αρρυθμία) και για μετρήσεις πάνω από τα ενδεδειγμένα όρια.	NAI	
Να απενεργοποιείται αυτόματα όταν δεν χρησιμοποιείται.	NAI	
Η προσφορά να περιέχει αναλυτική τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου μοντέλου, καθώς επίσης και να συνοδεύεται από εγχειρίδιο λειτουργίας μεταφρασμένο στα ελληνικά και τεχνικό εγχειρίδιο.	NAI	
Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη.	NAI	

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ηλεκτρονικό πιεσόμετρο βραχίονα		
Ευανάγνωστη οθόνη LED	NAI	
Ανίχνευση Αρρυθμίας	NAI	
Πιστοποιημένο για χρήση από: άτομα με διαβήτη, παιδιά άνω των 12 ετών, νεφροπαθείς, παχύσαρκους, εγκύους και εγκύους σε προεκλαμψία	NAI	
Ταχύτητα μέτρησης		
Ελάχιστη απαιτούμενη πίεση	NAI	
Ανάλυση συχνότητας παλμών και ανίχνευση ακανόνιστου καρδιακού ρυθμού κατά τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης.	NAI	
Μνήμη δεδομένων με μέση εμφάνιση όλων των αποθηκευμένων μετρήσεων	NAI	
Έλεγχος σωστής τοποθέτησης περιχειρίδας	NAI	
Δείκτης εμφάνισης αποτελέσματος μέτρησης σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες υπέρτασης	NAI	
Εύρος πίεσης του αίματος: 20 - 280 mmHg	NAI	
Εύρος μέτρησης παλμού: 40 - 200 παλμούς ανά λεπτό	NAI	
3 χρόνια Εγγύηση.	NAI	

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Παλμικό οξύμετρο δακτύλου		
Να είναι σταθερό και ανθεκτικό σε σκληρή χρήση.	ΝΑΙ	
Να πληροί βάσει πιστοποιητικών, τις κάτωθι απαιτήσεις:		
- Αντοχή σε κραδασμούς και κρούσεις	ΝΑΙ	
- Λειτουργία σε υγρασία έως 95% και θερμοκρασία 0 – 45° C	ΝΑΙ	
- Το βάρος του να μην υπερβαίνει τα εκατό (100) gr.	ΝΑΙ	
Να παρέχει ευδιάκριτες αριθμητικές ενδείξεις του SpO ₂ , του αριθμού των σφίξεων/λεπτό (BPM) και ενδείξεις της έντασης του παλμού.	ΝΑΙ	
Να έχει ικανότητα ανάλυσης (resolution) 1% SpO ₂ και 1 BPM.	ΝΑΙ	
Να έχει εύρος μετρήσεως SpO ₂ : 1 – 100% και BPM: 30 – 240/min.	ΝΑΙ	
Να έχει ακρίβεια μετρήσεων SpO ₂ : ±2% στην περιοχή 70-99% και BPM ±2% ή 2 BPM.	ΝΑΙ	
Να λειτουργεί με αλκαλικές μπαταρίες οι οποίες να περιλαμβάνονται κατά την παράδοση, με αυτονομία συνεχούς λειτουργίας τουλάχιστον δέκα (10) ωρών και να διαθέτει ένδειξη χαμηλής ενεργειακής στάθμης των μπαταριών.	ΝΑΙ	
Η προσφορά να περιέχει αναλυτική τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου μοντέλου, καθώς επίσης και να συνοδεύεται από εγχειρίδιο λειτουργίας μεταφρασμένο στα ελληνικά και τεχνικό εγχειρίδιο.	ΝΑΙ	
Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη.	ΝΑΙ	

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ηλεκτρονικά/ψηφιακά θερμόμετρα νοσηλείας		
Ψηφιακό ηλεκτρονικό θερμόμετρο (ψηφιακή οθόνη LCD) για γρήγορη μέτρηση.	ΝΑΙ	
Υψηλής ακρίβειας μέτρηση της θερμοκρασίας (0.1 °C για όλο το εύρος).	ΝΑΙ	
Κατάλληλο για ορθική, μασχαλιαία ή στοματική μέτρηση.	ΝΑΙ	
Εύρος μέτρησης από 32 έως 42.9 °C.		
Γρήγορη μέτρηση (εντός 10 – 60 δευτερολέπτων).	ΝΑΙ	
Μνήμη τελευταίας μέτρησης.	ΝΑΙ	
Ηχητικό σήμα ολοκλήρωσης μέτρησης.	ΝΑΙ	
Αυτόματη απενεργοποίηση για εξοικονόμηση μπαταρίας.	ΝΑΙ	
Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας.	ΝΑΙ	

Σχεδιασμένο να αντέχει σε συχνό καθαρισμό και απολύμανση με νοσοκομειακού τύπου καθαριστικά (waterproof).	NAI	
Μπαταρίες (συμπεριλαμβάνονται) με μεγάλη διάρκεια ζωής	NAI	
Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη.	NAI	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟ	ΦΠΑ (24%)	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
1	ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	2				
	ΒΑΣΗ ΜΟΝΙΤΟΡ	2				
2	ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ	15				
3	ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ	1				
4	ΟΞΥΜΕΤΡΟ	15				
5	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ	11				
6	ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΔΩΜΑΤΙΟΥ	1				
7	ΖΥΓΑΡΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ	1				
ΣΥΝΟΛΟ:						