

“ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ”

ΑΔΑΜ :

“ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ”

ΑΔΑ :



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Εθνικόν και Καποδιστριακόν

Πανεπιστήμιον Αθηνών

— ΙΔΡΥΘΕΝ ΤΟ 1837 —

ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Τμήμα Προμηθειών

Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 72

Πληροφορίες: Καγιαβά Παρασκευή

Τηλέφωνο: 210-7289269

Email: tm_promithion@eginitio.uoa.gr

Αθήνα 23-5-2025

Αριθ. Πρωτ.: 4040

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς/ών για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για ανάγκες νοσηλείας ασθενών των Ψυχιατρικών Νοσηλευτικών Τμημάτων και των Εξωτερικών Ιατρείων του Νοσοκομείου.

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – «Αιγινήτειο Νοσοκομείο» λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 2 (παρ.1, περ.31), 118, 120 (παρ.2 και 3α) του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/08-08-2016), όπως ισχύουν
2. Τα υπ' αριθμ. 2228/17-3-2025 και 2259/18-3-2025 δελτία παραγγελίας των Ψυχιατρικών Νοσηλευτικών Τμημάτων
3. Το υπ' αριθμ. 2291/19-3-2025 δελτίο παραγγελίας των Εξωτερικών Ιατρείων
4. Την υπ' αριθμ. 2772/4-4-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού (ΑΔΑΜ:25REQ016594971)
5. Την υπ' αριθμ 675/13-5-2025 Απόφαση της Εφορείας (ΑΔΑ: Ψ8Φ046Ψ8Ν2-8Α4)
6. Την υπ' αριθμ 411/20-5-2025 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΘΧΥ46Ψ8Ν2-ΖΡΦ και ΑΔΑΜ: 25REQ016853904)
7. Την υπ' αριθμ.16/25-10-2023 Πράξη του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής στον Πρόεδρο των Εφορειών και στους Προϊσταμένους της Διεύθυνσης Διοικητικού των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων Αιγινήτειο και Αρεταίειο» (ΦΕΚ 6139/Β'/25-10-2023)

προβαίνει σε έρευνα αγοράς ανάδειξης προμηθευτή/ών για την προμήθεια

Είδος: συσκευές αναρρόφησης, όπως αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα

Ποσότητα: τέσσερα (4) τεμάχια

Κριτήριο ανάθεσης: θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 2.526,78 € χωρίς ΦΠΑ ήτοι **3.133,21 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ.**

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει πίστωση του Τακτικού Προϋπολογισμού του Νοσοκομείου για το οικονομικό έτος 2055 υπό ΚΑΕ 7131 και CPV: 42122410-7 Αντλίες για Ιατρική Χρήση.

Για το λόγο αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την οικονομοτεχνική τους προσφορά σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο) μέχρι την **Πέμπτη 29 Μαΐου 2025** και ώρα **14:00** στη Γραμματεία/Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου (Δ/νη: Παπαδιαμαντοπούλου 21, ισόγειο, ΤΚ 115 28,) σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «*Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια τεσσάρων συσκευών αναρρόφησης*».

Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την **Παρασκευή 30 Μαΐου 2025** και ώρα **11:00 π.μ.** στο Τμήμα Προμηθειών του Αιγινήτειου Νοσοκομείου (Δ/νη: Παπαδιαμαντοπούλου 21, 3^{ος} όροφος).

Η Πρόσκληση θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση [URL:https://eginitio.uoa.gr](https://eginitio.uoa.gr) στη διαδρομή: Ανακοινώσεις και εκδηλώσεις → Προκηρύξεις.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. Στις προσφορές θα πρέπει να αναγράφεται ο αύξων αριθμός (α/α) του Τμήματος για το οποίο υποβάλλεται προσφορά, η πλήρης τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου είδους καθώς και η προσφερόμενη τιμή του.
2. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται αποκλειστικά σε ευρώ, ανά Τμήμα και ανά ζητούμενη μονάδα μέτρησης, χωρίς το Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για την προμήθεια των ειδών, στρογγυλοποιημένες υποχρεωτικά στα δύο πρώτα δεκαδικά ψηφία.
3. Στις προσφορές να αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής.
4. Το Νοσοκομείο, διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα από την αιτούμενη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του Ν.4412/2016, ως ισχύει.
5. **Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα ΤΜΗΜΑ, ή και τα δύο ΤΜΗΜΑΤΑ, στο σύνολο της αιτούμενης ποσότητας αυτών. Προσφορά για μέρος της αιτούμενης ποσότητας απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**
6. Η ανάθεση τελικά γίνεται στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές και παράλληλα η προσφερόμενη τιμή του είναι η χαμηλότερη ανά τμήμα.
7. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 90 του Ν.4412/2016 ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή το Νοσοκομείο επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
8. Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
9. **Κωδικός Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης: 1020.E00350.0001.**

- 10. Οι προσφέροντες υποχρεούνται να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού μαζί με την προσφορά τους το Φύλλο Συμμόρφωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ), συμπληρωμένο ως εξής:**

Στη στήλη «Απάντηση» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Προμηθευτή που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρείται ή όχι από την προσφορά. (Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής)

- 11.** Η προμήθεια/υπηρεσία βαρύνεται με τις προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις.
- 12.** Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.
- 13.** Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται στις ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. **Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον προαναφερθέντα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**
- 14.** Ο Προσφέρων υποβάλλει έγγραφη δήλωση στην οποία παρέχει κατ' ελάχιστον εγγύηση καλής λειτουργίας, τουλάχιστον πέντε (2) ετών. Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας και προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης προκειμένου να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του μηχανήματος.
- 15.** Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του ν.4412/2016.
- 16.** Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.4819/2021, ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 1, 4 και 5 του άρθρου 11 του ν.4819/2021. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.Α.Ν. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν.4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 7 του άρθρου 105 του ν.4412/2016.
- 17. Στην προσφορά οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να δηλώνουν τη χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία παράγεται το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.**
Εφόσον δεν κατασκευάζουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους θα πρέπει να δηλώσουν την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.
Επίσης στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη

μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής ή ο επίσημος αντιπρόσωπός της έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

18. Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την προσφορά και τα κάτωθι έγγραφα και δικαιολογητικά:

- Αποδεικτικά έγγραφα του οικονομικού φορέα από τα οποία προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού.

- Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου *(η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 73) το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.*

Στην περίπτωση νομικού προσώπου η ανωτέρω Δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 79Α του Ν.4412/2016 *(Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 79Α του Ν.4412/2016 «Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης»)*

- Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

19. Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν.4412/2016 όπως ισχύουν.

Ο Πρόεδρος της Εφορείας
του Αιγινητείου Νοσοκομείου

Καθηγητής Κωνσταντίνος Τσιούφης
Αναπλ. Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

<u>ΤΜΗΜΑ Ι</u>		
ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ- ΠΤΕΡΥΓΑ ΚΟΥΡΕΤΑ		
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΣΤΗΤΑ
1	Ισχύς αναρρόφησης 0,9bar με αναρροφητική ικανότητα 90 lt/min και κατάλληλη για νοσοκομειακή χρήση	1 ΤΜΧ
2	Τροχήλατη με χειρολαβή μεταφοράς	
3	Διαθέτει διακόπτη και ενδεικτική λυχνία λειτουργίας	
4	Διαθέτει ειδικό κουμπί για την ρύθμιση ισχύος	
5	Διαθέτει μανόμετρο για την ένδειξη κενού	
6	Διαθέτει αντιμικροβιακό φίλτρο	
7	Μπορεί να λειτουργεί και με σακούλες μίας χρήσης των 2 lt χωρίς καμία απολύτως μετατροπή	
8	Η συσκευή μπορεί να λειτουργεί και μέσω χρονοδιακόπτη on/off	
9	Λειτουργεί με ρεύμα 220V και διαθέτει οπτικοακουστικές ενδείξεις (συναγερμοί) της στάθμης της μπαταρίας	
10	Διαθέτει ενσωματωμένο φορτιστή μπαταρίας ώστε να επιτρέπεται η χρήση καθ' οδόν (φορητή)- με ανεξάρτητη λειτουργία μπαταρίας για 30 λεπτά	
11	Το περίβλημα της αναρρόφησης είναι κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από ειδικό αντιστατικό και άθραυστο πλαστικό υλικό	
12	Διαθέτει φίλτρο υπερχειλίσης/προστασία από βακτήρια	
13	Να πληροί όλες τις διεθνείς προδιαγραφές ασφάλειας και οδηγίες (CE-0470, ISO-9002)	
14	Με την παράδοσή της είναι πλήρης, έτοιμη για χρήση	
15	Χρόνια εγγύησης: 2 έτη	
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 1.680,00 €		

ΤΜΗΜΑ II		
ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ- ΤΥΠΟΥ New Askir 30- 12V BR		
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΣΤΗΤΑ
1	Περιέχει δοχείο 2l με δυνατότητα αποστείρωσης στους 120 °C	3 ΤΜΧ
2	Ισχύς: 16L/min	
3	Πίεση: - 0,85 bar	
4	Τροφοδοσία: με μπαταρία 12V αυτόνομα ή με φόρτιση μέσω μπαταρίας αυτοκινήτου	
5	Λειτουργία: έως 50min με μπαταρία	
6	Θερμοκρασία Λειτουργίας: 5-35 °C	
7	Υγρασία λειτουργίας: 30-75%	
8	Διάρκεια φόρτισης μπαταρίας: 120-150min	
9	Διαστάσεις: 46x85x42 cm	
10	Εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία (lead τύπου 12Vdc-20A) και αυτονομία 250 min	
11	Επαναφόρτιση: 8 ώρες	
12	ISO 10079-1Classification υψηλό κενό/HIGH FLOW	
13	Καταναλούμενη ισχύς: 90 VA	
14	Κύκλος διαρκής (από δίκτυο μόνο)	
15	Βάρος: 4,9 kg	
16	Με την παράδοσή της είναι πλήρης, έτοιμη για χρήση	
17	Χρόνια εγγύησης: 2 έτη	
ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 282,26 €		
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 846,78 €		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ I		
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ για την ΠΤΕΡΥΓΑ ΚΟΥΡΕΤΑ		
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1. Η αναρρόφηση να είναι ισχύος 0,9bar με αναρροφητική ικανότητα 90 lt/min και κατάλληλη για νοσοκομειακή χρήση	ΝΑΙ	
2. Να είναι τροχήλατη με χειρολαβή μεταφοράς	ΝΑΙ	
3. Να διαθέτει διακόπτη και ενδεικτική λυχνία λειτουργίας	ΝΑΙ	
4. Να διαθέτει ειδικό κουμπί για την ρύθμιση ισχύος	ΝΑΙ	
5. Να διαθέτει μανόμετρο για την ένδειξη κενού	ΝΑΙ	
6. Να διαθέτει αντιμικροβιακό φίλτρο	ΝΑΙ	
7. Να μπορεί να λειτουργεί και με σακούλες μίας χρήσης των 2 lt χωρίς καμία απολύτως μετατροπή	ΝΑΙ	
8. Η συσκευή να μπορεί να λειτουργεί και μέσω χρονοδιακόπτη on/off	ΝΑΙ	
9. Να λειτουργεί με ρεύμα 220V και διαθέτει οπτικοακουστικές ενδείξεις (συναγερμοί) της στάθμης της μπαταρίας	ΝΑΙ	
10. Να διαθέτει ενσωματωμένο φορτιστή μπαταρίας ώστε να επιτρέπεται η χρήση καθ' οδόν (φορητή)- με ανεξάρτητη λειτουργία μπαταρίας για 30 λεπτά	ΝΑΙ	
11. Το περίβλημα της αναρρόφησης να είναι κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από ειδικό αντιστατικό και άθραυστο πλαστικό υλικό	ΝΑΙ	
12. Να διαθέτει φίλτρο υπερχείλισης/προστασία από βακτήρια	ΝΑΙ	
13. Να πληροί όλες τις διεθνείς προδιαγραφές ασφάλειας και οδηγίες (CE-0470, ISO-9002)	ΝΑΙ	
14. Με την παράδοσή της να είναι έτοιμη για χρήση	ΝΑΙ	
15. Να έχει 2 έτη εγγύηση	ΝΑΙ	

ΤΜΗΜΑ II		
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΤΥΠΟΥ New Askir 30- 12V BR		
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1. Να περιέχει δοχείο 2l με δυνατότητα αποστείρωσης στους 120 °C	ΝΑΙ	
2. Η Ισχύς να είναι 16L/min	ΝΑΙ	
3. Να έχει πίεση: - 0,85 bar	ΝΑΙ	
4. Η τροφοδοσία να είναι με μπαταρία 12V αυτόνομα ή με φόρτιση μέσω μπαταρίας αυτοκινήτου	ΝΑΙ	
5. Η λειτουργία να διαρκεί έως 50min με μπαταρία	ΝΑΙ	
6. Η θερμοκρασία Λειτουργίας να είναι 5-35 °C	ΝΑΙ	
7. Να έχει Υγρασία λειτουργίας 30-75%	ΝΑΙ	
8. Να έχει διάρκεια φόρτισης μπαταρίας 120-150min	ΝΑΙ	
9. Να έχει διαστάσεις: 46x85x42 cm	ΝΑΙ	
10. Να έχει εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία (lead τύπου 12Vdc-20A) και αυτονομία 250 min	ΝΑΙ	
11. Να έχει επαναφόρτιση σε 8 ώρες	ΝΑΙ	
12. Να διαθέτει ISO 10079-1Classification υψηλό κενό/HIGH FLOW	ΝΑΙ	
13. Η καταναλούμενη ισχύς να είναι 90 VA	ΝΑΙ	
14. Να έχει Κύκλο διαρκή (από δίκτυο μόνο)	ΝΑΙ	
15. Να έχει βάρος: 4,9 kg	ΝΑΙ	
16. Με την παράδοσή της να είναι έτοιμη για χρήση	ΝΑΙ	
17. Να έχει 2 έτη εγγύηση	ΝΑΙ	