


« ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ »

ΑΔΑ :

**ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Τμήμα Προμηθειών

Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 72

Πληροφορίες: Λιακόπουλος Γιάννης

Τηλέφωνο: 210-7289475

Email: tm\_promithion@eginitio.uoa.gr

Αθήνα: 2-04-2025

Αρ. Πρωτ: 2657

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

**ΘΕΜΑ :** Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (τροχήλατο πιεσόμετρο-οξύμετρο) για τις ανάγκες των Εξωτερικών Ιατρείων

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – «Αιγινήτειο Νοσοκομείο» λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 2 (παρ.1, περ.31), 118, 120 (παρ.2 & παρ.3α) του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/08-08-2016), όπως ισχύουν
2. Το υπ' αριθμ. 929/6-02-2025 έγγραφο του Τμήματος Επειγόντων – Τακτικών Ιατρείων
3. Την υπ' αριθμ. 1189/12-02-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού
4. Την υπ' αριθμ. 414/13-03-2025 Απόφαση της Εφορείας με θέμα: «Έγκριση προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Εξωτερικών Ιατρείων, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.790,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ » (ΑΔΑ: ΨΔ8146Ψ8Ν2-ΨΥΞ)
5. Την υπ' αριθμ. 288/21-03-2025 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 9ΙΞΨ46Ψ8Ν2-ΘΨΙ)
6. Την υπ' αριθμ. 16/2023 Πράξη του Πρύτανη του ΕΚΠΑ με θέμα: Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής στον Πρόεδρο των Εφορειών και στους Προϊσταμένους της Διεύθυνσης Διοικητικού των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων «Αιγινήτειο» και «Αρεταίειο» (ΦΕΚ 6139/Β'/25-10-2023)

προβαίνει σε έρευνα αγοράς για την προμήθεια:

**Είδος και ποσότητα:** ενός (1) τροχήλατου πιεσόμετρου - οξύμετρου (**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι**)  
**Κριτήριο ανάθεσης :** η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

Η **προϋπολογιζόμενη δαπάνη** ανέρχεται έως του ποσού των **2.250,00€** χωρίς ΦΠΑ ήτοι **2.790,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ**. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση προϋπολογισμού εξόδων 2025 του Νοσοκομείου υπό ΚΑΕ 7131 και CPV: 33195000-3 Σύστημα παρακολούθησης των ασθενών.

Για το λόγο αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν την οικονομοτεχνική τους προσφορά σε δύο αντίτυπα (**πρωτότυπο και αντίγραφο**) μέχρι την **Τετάρτη 9-04-2025 και ώρα 2:00 μμ** στη Γραμματεία του Νοσοκομείου (Διευθ. Παπαδιαμαντοπούλου 21, Ισόγειο, ΤΚ 115 28) σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «**Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (ενός τροχήλατου πιεσόμετρου - οξύμετρου) για τις ανάγκες των Εξωτερικών Ιατρείων**». Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την **Πέμπτη 10-04-2025 και ώρα 10:00 πμ στο Τμήμα Προμηθειών του Αιγινήτειου Νοσοκομείου** (Παπαδιαμαντοπούλου 21, 3<sup>ος</sup> όροφος).

Η Πρόσκληση θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση [URL:https://eginitio.uoa.gr](https://eginitio.uoa.gr) στη διαδρομή: Ανακοινώσεις και εκδηλώσεις → Προκηρύξεις.

#### **ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

1. Στις προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνεται η πλήρης τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου είδους καθώς και η προσφερόμενη τιμή του.
2. Οι τιμές δίδονται αποκλειστικά σε ευρώ, χωρίς το Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για την προμήθεια του είδους, στρογγυλοποιημένες υποχρεωτικά στα δύο πρώτα δεκαδικά ψηφία, και με τον αναλογούντα ΦΠΑ.
3. Στις προσφορές να αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής.
4. Η ανάθεση θα γίνει στον Ανάδοχο, του οποίου η προσφορά είναι σύμφωνη με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι** και στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (επί ποινή αποκλεισμού)** της παρούσας και η προσφερόμενη τιμή του είναι η χαμηλότερη.
5. **Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της αιτούμενης ποσότητας. Προσφορά για μέρος της αιτούμενης ποσότητας απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**
6. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 90 του Ν.4412/2016 ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή το Νοσοκομείο επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
7. Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

- 8. Κωδικός Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης: 1020.Ε00350.0001.**
9. Η προμήθεια βαρύνεται με τις προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις.
10. Τα έξοδα για την παραλαβή και την παράδοση του είδους που αποτελούν την προμήθεια βαρύνουν τον προμηθευτή.
- 11. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της έως 1/09/2025.**
12. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται στις ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. **Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον προαναφερθέντα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**
13. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του ν.4412/2016.
14. Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ.1 του άρθρου 12 ή και της παρ.1 του άρθρου 16 του Ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του προηγούμενου εδαφίου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016.
15. Στην προσφορά οι οικονομικοί φορείς **υποχρεούνται να δηλώνουν τη χώρα παραγωγής-προέλευσης του τελικού προϊόντος** που προσφέρουν. Εφόσον κατασκευάζουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνουν στην προσφορά τους, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής τους.  
**Προσφορά στην οποία ελλείπει η ανωτέρω δήλωση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**  
Εφόσον δεν κατασκευάζουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους θα πρέπει να δηλώσουν την επιχειρηματική μονάδα στην οποία κατασκευάζεται το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.  
Επίσης στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και **υπεύθυνη δήλωσή τους προς την Αναθέτουσα Αρχή** ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά

τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής ή ο επίσημος αντιπρόσωπός της έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. **Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**

**16. Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την προσφορά και τα κάτωθι έγγραφα και δικαιολογητικά:**

- **Αποδεικτικά έγγραφα** του οικονομικού φορέα από τα οποία προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού.

- **Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου** (η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 73) το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

Στην περίπτωση νομικού προσώπου η ανωτέρω Δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 79Α του Ν.4412/2016 (Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 79Α του Ν.4412/2016 «ος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης»)

- **Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται η πλήρης αποδοχή και συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας**

- **Πιστοποιητικό CE ή δήλωση συμμόρφωσης**, προς απόδειξη συμμόρφωσης των προσφερομένων υλικών με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ (ΔΥ8δ.Γ.Π.οικ.130648-Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων» - ΦΕΚ 2198/τεύχ.Β/02-10-09) **ή/και** της Οδηγίας 98/79/ΕΚ (ΔΥ8δ/οικ.3607/892-Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 98/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 1998 για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα-ΦΕΚ 1060/Β/10-08-2001).

**17.** Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν.4412/2016 όπως ισχύουν.

Ο Πρόεδρος της Εφορείας  
του Αιγινήτειου Νοσοκομείου

Καθηγητής Κωνσταντίνος Π. Τσιούφης  
Αναπλ. Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι**  
**ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕ ΝΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ 24%	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ
1	Ένα (1) Τροχήλατο Πιεσόμετρο - Οξύμετρο	2.250,00€	540,00€	2.790,00€

**Τεχνικές Προδιαγραφές Νοσοκομειακού τύπου μόνιτορ αναίμακτης πίεσης -  
οξυμετρίας**

1. Να παρέχει πληροφορίες για τις παραμέτρους συστολική, διαστολική, μέση αναίμακτη πίεση, καρδιακό ρυθμό.
2. Να μετρά απευθείας τον κορεσμό οξυγόνου και τον καρδιακό παλμό
3. Να διαθέτει συναγερμούς σε όλες τις μετρούμενες παραμέτρους με ρυθμιζόμενα όρια
4. Να λειτουργεί με ρεύμα αλλά και με ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία με διάρκεια λειτουργίας 8 ώρες
5. Το προσφερόμενο μόνιτορ να διαθέτει σύστημα λήψης αναίμακτης πίεσης.
6. Να διαθέτει τρία συστήματα μέτρησης πίεσεως:
  - Κατ' επιθυμία του χειριστή με ένα απλό πάτημα
  - Σε προεπιλεγμένα χρονικά διαστήματα (ανά 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 140 λεπτά) καθώς και
  - Σύστημα STAT για μέτρηση της πίεσης συνεχώς για 5 λεπτά
7. Να διαθέτει μνήμη τουλάχιστον 200 μετρήσεων
8. Να είναι κατάλληλο για μετρήσεις σε ενήλικες
9. Να διαθέτει σύστημα οξυμετρίας
10. Να διαθέτει θύρα USB αποθήκευσης και μεταφοράς των δεδομένων σε Η/Υ με χρήση USB stick
11. Να παραδίδεται με καλώδιο τροφοδοσίας, εγχειρίδιο λειτουργίας, σωλήνα απλού αυλού για σύνδεση με όλους τους τύπους των περιχειρίδων και περιχειρίδες πολλαπλών χρήσεων για ενήλικες (να περιλαμβάνει περιχειρίδα ενήλικων διαστάσεων 22-32 εκατοστά)
12. Να παραδίδεται με αισθητήρα πολλαπλών χρήσεων
13. Να παραδίδεται με τροχήλατη βάση του ίδιου κατασκευαστικού οίκου
14. Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη
15. Να είναι ετοιμοπαράδοτο
16. Να διαθέτει πλήρη απόθεμα ανταλλακτικών/ αναλωσίμων καθώς και τμήμα τεχνικής υποστήριξης με εκπαιδευμένους τεχνικούς από τον κατασκευαστικό οίκο σε περίπτωση βλάβης

17. Κατά την παραλαβή να παραδοθεί πλήρη σειρά τευχών με οδηγίες χρήσης και λειτουργίας στην Ελληνική γλώσσα και οδηγίες συντήρησης και επισκευής (SERVICE MANUALS) στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ**  
**ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
<b>Ένα (1) Νοσοκομειακού τύπου μόνιτορ αναίμακτης πίεσης- οξυμετρίας</b>		
Να παρέχει πληροφορίες για τις παραμέτρους συστολική, διαστολική, μέση αναίμακτη πίεση, καρδιακό ρυθμό.	ΝΑΙ	
Να μετρά απευθείας τον κορεσμό οξυγόνου και τον καρδιακό παλμό		
Να διαθέτει συναγερμούς σε όλες τις μετρούμενες παραμέτρους με ρυθμιζόμενα όρια	ΝΑΙ	
Να λειτουργεί με ρεύμα αλλά και με ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία με διάρκεια λειτουργίας 8 ώρες	ΝΑΙ	
Το προσφερόμενο μόνιτορ να διαθέτει σύστημα λήψης αναίμακτης πίεσης.	ΝΑΙ	
Να διαθέτει τρία συστήματα μέτρησης πίεσεως: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Κατ' επιθυμία του χειριστή με ένα απλό πάτημα</li> <li>➤ Σε προεπιλεγμένα χρονικά διαστήματα (ανά 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 140 λεπτά) καθώς και</li> <li>➤ Σύστημα STAT για μέτρηση της πίεσης συνεχώς για 5 λεπτά</li> </ul>	ΝΑΙ	
Να διαθέτει μνήμη τουλάχιστον 200 μετρήσεων	ΝΑΙ	
Να είναι κατάλληλο για μετρήσεις σε ενήλικες	ΝΑΙ	
Να διαθέτει σύστημα οξυμετρίας	ΝΑΙ	
Να διαθέτει θύρα USB αποθήκευσης και μεταφοράς των δεδομένων σε Η/Υ με χρήση USB stick	ΝΑΙ	
Να παραδίδεται με καλώδιο τροφοδοσίας, εγχειρίδιο λειτουργίας, σωλήνα απλού αυλού για σύνδεση με όλους τους τύπους των περιχειρίδων και περιχειρίδες πολλαπλών χρήσεων για ενήλικες (να περιλαμβάνει περιχειρίδα ενηλίκων διαστάσεων 22-32 εκατοστά)	ΝΑΙ	
Να παραδίδεται με αισθητήρα πολλαπλών χρήσεων	ΝΑΙ	

Να παραδίδεται με τροχήλατη βάση του ίδιου κατασκευαστικού οίκου	ΝΑΙ	
Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη	ΝΑΙ	
Να είναι ετοιμοπαράδοτο	ΝΑΙ	
Να διαθέτει πλήρη απόθεμα ανταλλακτικών/ αναλωσίμων καθώς και τμήμα τεχνικής υποστήριξης με εκπαιδευμένους τεχνικούς από τον κατασκευαστικό οίκο σε περίπτωση βλάβης	ΝΑΙ	
Κατά την παραλαβή να παραδοθεί πλήρη σειρά τευχών με οδηγίες χρήσης και λειτουργίας στην Ελληνική γλώσσα και οδηγίες συντήρησης και επισκευής (SERVICE MANUALS) στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.	ΝΑΙ	